

平成29年度地下水 水質調査 一覧表

調査地点		サンプルNo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	基準値 及び 指針値	定量下限値
		住所	高田	ちはら台西5丁目	岩崎2丁目	五井	五井西2丁目	海士有木	磯ヶ谷	迎田	豊成	椎津	久保	駒込	栢橋	徳氏	田淵	月出	朝生原		
		井戸深度(m)	40	60	120	100	100	60	80	50	15	200	40	200	30	400	540	30	15		
		採水日	H29.11.28	H29.11.28	H29.11.28	H29.11.28	H29.11.28	H29.11.29	H29.11.29	H29.11.29	H29.11.29	H29.11.29	H29.11.30	H29.11.30	H29.11.29	H29.11.30	H29.11.30	H29.11.30	H29.11.30		
調査項目	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	水温	15.7	16.8	17.0	14.6	15.4	14.4	15.3	15.0	16.5	17.3	15.7	16.2	14.7	14.2	14.7	14.0	14.0	0.003以下	0.0005
		pH	7.8	7.3	7.9	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.3	7.9	8.0	8.1	8.2	8.1	6.8	6.7		
	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	カドミウム(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
		全シアン(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
		鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		六価クロム(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
		砒素(mg/l)	0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.002	<0.001		
		総水銀(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		アルキル水銀(mg/l)																			
		PCB(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
		ジクロロメタン(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
		四塩化炭素(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
		塩化ビニルモノマー(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
		1,2-ジクロロエタン(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
		1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
		トリクロロエチレン(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		テトラクロロエチレン(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
		1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
		チウラム(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
		シマジン(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
		チオベンカルブ(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
		ベンゼン(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		セレン(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	3.8	1.6	0.19	0.42	0.27	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	1.3	3.7		
		ふっ素(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		
		ほう素(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
		1,4-ジオキサン(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	要監視項目	クロロホルム(mg/l)														<0.006					
		1,2-ジクロロプロパン(mg/l)														<0.006					
		p-ジクロロベンゼン(mg/l)														<0.02					
		イソキサチオン(mg/l)														<0.0008					
		ダイアジノン(mg/l)														<0.0005					
		フェントロチオン(mg/l)														<0.0003					
		イソプロチオラン(mg/l)														<0.004					
		オキシン銅(mg/l)														<0.004					
		クロロタニール(mg/l)														<0.005					
		プロピザミド(mg/l)														<0.0008					
		EPN(mg/l)														<0.0006					
		ジクロロホス(mg/l)														<0.0008					
		フェノプロカルブ(mg/l)														<0.003					
		イプロベンホス(mg/l)														<0.0008					
		クロルニトロフェン(mg/l)														<0.0001					
		トルエン(mg/l)														<0.06					
		キシレン(mg/l)														<0.04					
		フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)														<0.006					
		ニッケル(mg/l)														<0.001					
		モリブデン(mg/l)														<0.007					
		アンチモン(mg/l)														<0.0002					
		エピクロロヒドリン(mg/l)														<0.00004					
		全マンガン(mg/l)														0.04					
		ウラン(mg/l)														<0.0002					